

E型COD低量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
COD检测盒(LR)	10-150mg/L	EC01M0	001	具有圆形比色血槽且可建立标准曲线的分光光度计

应用范围:


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中化学需氧量(COD)的测定。水样中的氯离子是主要干扰成分,氯离子浓度在2000mg/L以下时可直接使用预制试剂,浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893
www.titr.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法




加入2.5mL试剂A和0.4mL试剂B




加入待测水样2.0mL
参比溶液加入2.0mL
蒸馏水,摇匀



165°C, 20min消解



冷却至室温



测量: 擦拭试管放入参
比调零, 放入水样读数