

E型COD高量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
COD检测盒 (HR)	150-2000mg/L	EC01H0	000	具有圆形比色皿槽 且可建立标准曲线 的分光光度计

应用范围:


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中化学需氧量(COD)的测定。水样中的氯离子是主要干扰成分,氯离子浓度在2000mg/L以下时可直接使用预制试剂,浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法




1 加入2.5mL试剂A和0.4mL试剂B




2 加入待测水样2.0mL
参比溶液加入2.0mL
蒸馏水, 摇匀



3 165°C, 20min消解



4 冷却至室温



5 测量: 擦拭试管放入参
比调零, 放入水样读数